



## ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA	FECHA
2017-232	PS/CV/CPV/38815	5/05/2017
<b>PRODUCTOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vástago de cadera de primera intención ACOR® de cuello modular e INTEGRALE® de cuello modular.</li><li>• Vástago de cadera de recambio OPTIMAL® de cuello modular.</li></ul> Ver referencias afectadas en la Nota de Aviso de la empresa.		
<b>FABRICANTE</b> AMPLITUDE, Francia.		
<b>DISTRIBUIDORES</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surgycal, C/ Isabel Colbrand 10, Edificio Alfa III, Local 156, 28050 Madrid.</li><li>• Biotecnia Sanitaria, C/ Isla Cerdeña 5 y 7 bajos, 46023 Valencia.</li><li>• Sermebi 97 SL, C/Gabriel Aresti 16-lonja, 48004 Bilbao.</li></ul>		
<b>ASUNTO</b> Advertencia de seguridad relacionada con las restricciones de ciertas combinaciones de cuellos modulares y cabezas femorales.		
<b>DOCUMENTO ADJUNTO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa.</li></ul>		

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
PRODUCTOS SANITARIOS

  
  
Fdo.: M<sup>a</sup> del Carmen Abad Luna